



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto 52.872 de 17/12/63  
R. Paraíba, 1.003 - 18700-110 Avaré/SP Fone/fax 014-37119100

RETI-RATIFICAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇO Nº 002/2024 - PROCESSO Nº SCMA - 002/2024 - CONVÊNIO nº 000195/2024 - PROCESSO Nº SES-PRC-2023-00754-DM

Onde se lê:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Monitor multiparâmetros	Unidade	03
Deverá possuir no mínimo, as seguintes especificações técnicas: Monitor Multiparâmetros 12 polegadas, para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), com suporte, para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. Apresentar manual do usuário e catálogo em português para comprovação do pleno atendimento as especificações solicitadas. Apresentar registro na ANVISA. Alimentação elétrica bivolt.			

Leia-se:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
02	Monitor multiparâmetros	Unidade	01
DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO, AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Monitor Fisiológico para uso adulto, pediátrico e neonatal. <b>Parâmetros:</b> ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP. /Tipo de monitor: Pré - Configurado ou modular. / <b>Expansão de parâmetros:</b> Possibilitar monitorização simultânea de análise de Gases, BIS ou Entropia e Débito Cardíaco compatível com pacientes adultos e pediátricos, através da inserção de módulos individualizados ou conexão a unidade de aquisição de dados. <b>Alça para transporte:</b> Possui / Tamanho de tela: 12" colorida Touchscreen, com resolução mínima de 1280 X 800 Pontos. / <b>Vida útil declarada:</b> 10 anos/ <b>Curvas:</b> Permitir visualização de 8 curvas simultâneas/ <b>Alarmes:</b> Permitir ajuste manual e automático dos limites de alarme inferior e superior de acordo com os sinais vitais atuais do paciente. / <b>Gerenciamento de dados:</b> Tendências gráficas e numéricas com armazenamento e exibição de pelo menos 72 horas em resolução de no máximo 1 em 1 hora. / Armazenar pelo menos 100 eventos de alarmes com gravação e exibição de 10 segundos de pelo menos duas formas de onda. / Possibilidade de upgrade futuro para armazenamento de no mínimo 48 horas de curvas completas de pelo menos 4 parâmetros para posterior revisão. / <b>Proteção de dados:</b> Possuir senha para exportação de dados de tendências e configurações do sistema através de interface USB. / <b>Peso do equipamento:</b> máximo de 6kg / <b>Alimentação Elétrica:</b> Bivolt automático / <b>Bateria:</b> Autonomia mínima de 3 horas e tempo de recarga para pelo menos 90% da capacidade de no máximo 5 horas com o equipamento em funcionamento. / <b>Potência de entrada AC:</b> Inferior a 150 Watts. /Possuir alarmes técnicos dedicados a nível da bateria, substituição quando no fim da vida útil ou detectada falha e superaquecimento de bateria ou monitor/ <b>Nível de proteção:</b> IPX1. / <b>Conectividade:</b> Comunicação bidirecional com Central de Monitorização, através de protocolo TCP/IP. / <b>Interfaces disponíveis:</b> USB, RJ45 e para vídeo externo / <b>ECG:</b>			



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto 52.872 de 17/12/63  
R. Paraíba, 1.003 - 18700-110 Avaré/SP Fone/fax 014-37119100

compatível com cabo de 3 e 5 vias. Possuir algoritmo de análise de arritmia por mais de uma derivação ao mesmo tempo e segmento ST. Possuir detector de Marca-passo. / **RESP:** Método por variação de impedância torácica. Permitir o ajuste manual do limiar de detecção de respiração ou seleção da derivação utilizada para medição. / **SPO2:** Tecnologia de processamento empregada: BluPRO®, Masimo SET®, FAST® ou NellCor™. Possuir valor numérico, onda pletismográfica e índice de perfusão. Sistema de gerenciamento de alarme que permita o atraso configurável dos alarmes de SpO2 baixo e dessaturação. / **PNI:** indicação numérica das pressões Sistólica, Média e Diastólica. Possuir modo Contínuo/STAT e Automático. / **TEMP:** 2 canais. Faixa de temperatura: 30 a 45 °C. / **Acessórios:** 1 cabo ECG/RESP de 3 vias; 1 cabo ECG/RESP de 5 vias; 1 sensor SpO2 adulto; 1 mangueira de pressão; 1 manguito adulto; 1 bateria; 1 cabo força; 1 manual de operação em português. Garantia de 60 meses. O equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante; Registro na ANVISA; instalação e treinamento operacional inclusos durante o período da garantia. Empresa deverá apresentar manual ou catálogo técnico que comprove pleno atendimentos das especificações supracitadas. Propostas que tiverem as especificações técnicas copiadas do edital serão desclassificadas.

### No anexo I

Onde se lê: Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias corridos, após emissão da ordem de fornecimento.

Leia-se: Prazo de entrega: até 60 (sessenta) dias corridos, após emissão da ordem de fornecimento.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no edital originário não modificadas no todo ou em parte, pelo presente termo de retificação.

Estância Turística de Avaré, 19 de abril de 2024

  
Santa Casa de Misericórdia de Avaré  
Comissão de Compras